



CONSEJO DE DESARROLLO CIENTIFICO Y HUMANISTICO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Proyecto n° PI-10-10-5437-2004

Influencia de la forma de envío del modelo de trabajo al laboratorio dental sobre la calidad de la estructura metálica de dentaduras parciales removibles

Responsable: Sánchez Y., Andrés E.

Etapas cumplidas / Etapas totales 1/1

Especialidad: Odontología, Prótesis dental

Resumen: Para analizar la influencia que tiene la forma de envío del modelo de trabajo sobre la calidad de las estructuras metálicas de prótesis parcialmente movable (PPR), estudia 120 casos, clasificados en tres grupos: a) envía el modelo sin preparación, b) envía el modelo con líneas de máximo contorno, calibración y tripodización, y c) suministra lechos, alivios y bloques en el modelo de trabajo. Basa los parámetros evaluados en lo establecido en la práctica de la prostodoncia, según refiere la Academia Americana de Prostodoncia para diseño de retenedores directos, conectores mayores y bases para las PPR, de 1994. En el total de los casos la aceptación de los retenedores es inferior al 50%, Los casos con lechos alivios y bloqueos tiene mejor aceptación (un tercio de estos casos no es aceptable), Para los conectores mayores la aceptación es del orden del 85% y la forma de envío del modelo de trabajo no influye en el porcentaje de los casos aceptados.

Productos

Publicaciones

Artículos

A.E. Sánchez, E. Morelly, y J. Vieira, “Evaluación de estructuras metálicas de los casos de dentaduras parciales removibles de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela”, *Acta Odontológica (en prensa)*.